



*Presidencia de la República*

## **Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**

**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Compras Menores REF. OMSA-DAF-CM-2020-0013**

**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

**INFORME TÉCNICO PERICIAL**

**22 de Julio 2020**

**Referencia: Compras Menores OMSA-DAF-CM-2020-0013 Adquisición de Batas Quirúrgicas Estériles y Traje de Aislamiento CA-2001, Lavable, con Capuchas y Forros de Botas para Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución.**

Informe de las evaluaciones y verificaciones de las propuestas de, **Adquisición de Batas Quirúrgicas Estériles y Traje de Aislamiento CA-2001, Lavable, con Capuchas y Forros de Botas para Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución** en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Según evaluación de los peritos técnicos, procedimos a realizar las verificaciones y evaluaciones técnicas de los Productos ofertados por los oferentes, para la adquisición de los Bienes.

### **Descripción de los Bienes Solicitados:**

- **Batas Quirúrgicas Estériles**
- **Traje de Aislamiento CA-2001, Lavables, con Capuchas y Forros de Botas.**

## **Especificaciones Técnicas Requeridas:**

### **Batas Quirúrgicas Estériles**

**Confesión de Tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre a lazo resistente a fluidos corporales, Mangas con Puño Elastizados reforzados de 5 a 10 Cm de ancho, longitud Mínima de la bata 120 Cm.**

### **Traje de Aislamiento**

**Traje de Protección (Overol con Capucha) de Polipropileno de baja densidad, termo sellado, color blanco. Talla L-XL-XXL, con cremallera.**

## **Empresas Evaluadas:**

- 1-GRUPO DITER, SRL
- 2-MEMPHIS, SRL
- 3-CONFIDENTAL STUDIO, SRL
- 4-ASMED, SRL

### **1-GRUPO DITER, SRL**

#### Descripción del Producto Ofertado

- o Batas Quirúrgicas Estériles
- o Traje de Aislamiento CA-2001, Lavables, con Capuchas y Forros de Botas.

La Empresa **GRUPO DITER, SRL** Cumple con las Normas y Especificaciones Técnicas Requeridas.

### **2- MEMPHIS, SRL**

#### **Observación:**

La Empresa fue descalificada, porque en la presentación del sobre B" o propuesta Económica, Transparentaron un ITBIS que no debe ser aplicado, pues el producto o bien, está exento.

### **3- CONFIDENTAL STUDIO, SRL**

#### **Observación:**

La Empresa fue descalificada, porque en la presentación del sobre B" o propuesta Económica, Transparentaron un ITBIS que no debe ser aplicado, pues el producto o bien, está exento.

#### 4- ASMED, SRL

Descripción del Producto Ofertado

- **Batas Quirúrgicas Estériles**
- **Traje de Aislamiento CA-2001, Lavables, con Capuchas y Forros de Botas**

**Observación:**


La muestra traída por la Empresa: "Traje de Aislamiento CA-2001 desechable", no es lo requerido por la Institución.

La Empresa **ASMED, SRL Cumple** con las Normas y Especificaciones Técnicas Requeridas en las Batas Quirúrgicas Estéril.

En el Traje de Aislamiento CA-2001. No cumple.

Agradeciendo las atenciones dispensadas a la misma, se despiden muy

Atentamente.



**Lic. Francisco Bloise**

Enc.de Almacén de Suministros y Repuestos



**Lic. Cesar Piantini**

Analista